

PESOLA AG
 Rebmattli 19
 CH - 6340 Baar
 Switzerland
 Tel +41 (0)41 769 60 40
 Fax +41 (0)41 769 60 42
 e-mail info@pesola.com
 Internet www.pesola.com



Präzisionswaagen
 Balances de précision
 Precision scales

Herr
 Hans Muster
 Musterstrasse 10
GB - 9999 Muster
 England

Datum : 18.02.2004

Prüfzertifikat 1198

Testbedingungen

Messlage:	Vertikal frei hängend
Zugrichtung:	In Waagenachse
Nullpunkteinstellung:	Mit Taraschraube perfekt justiert (0=0)
Ablesung:	Augen auf Zeigerhöhe
Schleppzeiger:	Nicht in Gebrauch
Druck-Set:	Nicht in Gebrauch
Prüfmittel, Prüfgewichte:	Nationale Rückführbarkeit durch Kalibrierlabors
Umgebungstemperatur:	20°C ± 1°C

Daten des Testobjektes

Ihre Artikelidentifikation:	12345
PESOLA Modell Nr.:	80005
Seriennummer PESOLA:	55555
Bezeichnung:	Macro-Waage, 5kg x 50g, braun
Zugelassene Werkstoleranz ± :	0.30 %

Resultate

	Nullpunkt	Halbe Last	Volllast
Angehängte Last in kg :	0.000	2.500	5.000
Untere Werkstoleranz in kg (-) :	0.000	2.493	4.985
Obere Werkstoleranz in kg (+) :	0.000	2.508	5.015
Abgelesener Wert:	<u>0.000</u>	<u>2.497</u>	<u>4.995</u>

Prüfentscheid: Die geprüfte PESOLA-Waage erfüllt die werkseitigen Toleranzvorgaben.

Empfohlener Zyklus:

- Bei Bedarf reinigen, um durch Schmutz verursachte Reibung zu vermeiden.
- Alle 2 Jahre den festen Zusammenbau und die einwandfreie Funktion kontrollieren.
- Alle 2 Jahre die Waagen selbst justieren oder von uns zertifizieren lassen.

Q-Leitung PESOLA AG :

Rolf Strohmeier